

产品名称

通用名称：病毒核酸提取试剂盒

英文名称：Viral RNA & DNA Extraction Kit

包装规格

96T/盒

预期用途

本试剂盒利用能结合病毒 RNA&DNA 的纳米磁珠，搭配独特的缓冲溶液系统，从200ul 的样品中提取RNA以及DNA。可广泛应用于基因组学研究、疾病检测、食品安全及 法医鉴定等领域。

实验原理

本试剂盒利用含硅基材料的纳米磁珠，在高盐离子浓度、低 pH 值条件下吸附核酸，低 盐离子浓度、高pH 值条件下释放核酸的原理，完成核酸的快速提取。

产品组分

组分	数量	体积
磁棒套	1个	-
样品板	1个	520μL
洗液1板	1个	600μL
洗液2板	1个	600μL
洗脱板	1个	100μL
使用说明书	1份	-

储存条件及有效期

- 1、预封装试剂板：室温（15-25℃）。
- 2、试剂盒有效期为12个月，试剂盒开封后，一个月内使用；请在有效期内使用。
- 3、不同批次试剂组分，不能混用。

适用仪器

广州赛百纯生物科技有限公司 MyPure-96系列全自动核酸提取平台

样本类型

临床采集的口腔拭子、鼻腔拭子、咽拭子等样本。

实验方法

1. 在96孔板的样品板加入样本200ul，按照反应程序将所有反应板放入核酸提取仪中（如下表所示），磁棒套放入样品板中。

板位	1	2	3	4
板材	样品板	洗液1板	洗液2板	洗脱板

2. 打开核酸提取仪，按下表设置好程序，约15min 运行完毕。

2.1 单头提取96人份方案：

编号: 220219-180328			名称: 2019conv单提取											
步骤	板位	执行系统	液量 (μL) 20~1000	搅拌强 度(级) 1~6	搅拌时 间(秒) 0~9999	下降吸 磁(秒) 5~600	液底吸 磁(秒) 0~255	吸磁次 数(次) 0~255	等待 (秒) 0~9999	暂停 关/开 0/1	加热1 (°C) ~125	加热2 (°C) ~125	风扇 关/开 0/1	磁套 装/卸 0/1
1	5	Extract_1	600	3	20	45	0	1	0	0	0	0	1	0
2	1	Extract_1	720	3	300	60	0	1	0	0	70	70	1	0
3	3	Extract_1	600	4	60	30	0	1	0	0	0	0	1	0
4	5	Extract_1	600	4	60	30	0	1	120	0	0	0	1	0
5	7	Extract_1	100	3	180	100	0	1	0	0	65	65	1	0
6	5	Extract_1	600	1	0	5	0	0	0	0	0	0	1	0

提取程序设置完毕，将试剂板按照版位1、3、5、7的顺序，磁套放到样品板上，放入提取仪的试剂位；运行程序。

2.2双头提取192人份方案：

编号: 220219-180329			名称: 2019conv双提取											
步骤	板位	执行系统	液量 (μL) 20~1000	搅拌强 度(级) 1~6	搅拌时 间(秒) 0~9999	下降吸 磁(秒) 5~600	液底吸 磁(秒) 0~255	吸磁次 数(次) 0~255	等待 (秒) 0~9999	暂停 关/开 0/1	加热1 (°C) ~125	加热2 (°C) ~125	风扇 关/开 0/1	磁套 装/卸 0/1
1	5	Extract_1_2	600	3	20	45	0	1	0	0	0	0	1	0
2	1	Extract_1_2	720	3	300	60	0	1	0	0	70	70	1	0
3	3	Extract_1_2	600	4	60	30	0	1	0	0	0	0	1	0
4	5	Extract_1_2	600	4	60	30	0	1	120	0	0	0	1	0
5	7	Extract_1_2	100	3	180	100	0	1	0	0	65	65	1	0
6	5	Extract_1_2	600	1	0	5	0	0	0	0	0	0	1	0

提取程序设置完毕，将磁套放到样品板上，试剂板按照版位1、3、5、7一组提取；2、4、6、8 一组提取的顺序，放入提取仪的试剂位上；运行程序。

实验结束后，小心取出搅拌套和96孔板，将洗脱板中的核酸溶液转移至PCR管进行下一步实验或者保存于-20℃。

检验方法局限性

本方法得到是样品的总核酸，对病毒核酸的检验方法不建议使用分光光度计测量。

产品的性能指标

试剂盒批内和批间差<5%，核酸回收率≥70%。

注意事项

- 1. 提取前将样品平衡至室温。
- 2. 个别成分长时间冷藏可能会有结晶，平衡至室温可继续使用。
- 3. 组织类样品要尽量粉碎，大块样品不利于消化，避免造成实验失败。



IVD